

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº QUI/L-289272/5/17**INTERESSADO****PRION TECHNO LTDA. - ME**

RUA BRAS DE PINA, 446, - VILA CARIOCA

CEP: 04225-080 - SAO PAULO - SP

Ref.: (91621)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (Uma) Amostra de Corpo-de-Prova , identificada pelo interessado como: Pig. Maxicor Série: E Vermelho 14 e recebida pelo laboratório em 04/07/2017.

Identificação Interna: L-0231088**2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)**

Resolução AP (89)1, do Conselho da Europa, Comitê de Ministros, 1989, seção III, parágrafo2.

Resolução Diretoria Colegiada nº 52, de 26 de Novembro de 2010 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

3. RESULTADOS OBTIDOS

PARÂMETROS	UNIDADE	RESULTADOS	ESPECIFICAÇÃO	LIMITES DE QUANTIFICAÇÃO
Antimônio (Sb)	mg/kg	<7,500	max 500,000	7,5000
Arsênio (As)	mg/kg	<7,500	max 50,000	7,5000
Bário (Ba)	mg/kg	<7,500	max 100,000	7,5000
Cádmio (Cd)	mg/kg	<7,500	max 100,000	7,5000
Chumbo (Pb)	mg/kg	<7,500	max 100,000	7,5000
Cromo (Cr)	mg/kg	<7,500	max 1000,000	7,5000
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<7,500	max 50,000	7,5000
Selênio (Se)	mg/kg	<7,500	max 100,000	7,5000
Zinco (Zn)	mg/kg	1303,722	max 2000,000	7,5000

4. CONCLUSÃO

A amostra analisada atende as especificações da norma Resolução Diretoria Colegiada nº 52, de 26 de Novembro de 2010 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA quanto ao(s) parâmetro(s) determinado(s).

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 04/07/2017 a 19/07/2017.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

São Paulo, 24 de julho de 2017.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



Verificado por: Gabriel Escobar
Técnico Químico
CRQ nº 04484678

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



Liberado por: KARINA CRUZ
Coordenadora de Laboratório
CRQ nº 04161647